

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK

Dyrektor: lek. Krzysztof A. Teodoruk

15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79

tel./fax (085) 664 85 19

NIP 966-15-02-648 REGON 050692045

<http://www.szpitalpck.bialystok.pl>

e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl



Białystok, dnia 30 sierpnia 2007 r.

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku działając na podstawie art.181 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) informuje, iż w postępowaniu na „Dostawę łóżek wraz z wyposażeniem do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku” wpłynął protest na postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę sprzętu medycznego, wzywając jednocześnie do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu do upływu terminu, o którym mowa w art.180 ust.3 pkt 1.

W załączeniu treść protestu.

30.08.07u

P. J. Soltowski HR 8 / 4 P 13
[Signature]

Zywiec, dnia 29.08.2007 r.

Składający protest:
Zywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego
FAMED S.A.
ul. Fabryczna 1
34-300 Żywiec

W P Ł Y N Ę Ł O

S.S.M. im. PCK
30 SIE. 2007

data nr 592/07 *[Signature]*

900h.

Zamawiający:
Samodzielny Szpital Miejski im. PCK
ul. Sienkiewicza 79
15-003 Białystok

PROTEST

**Żywieckiej Fabryki Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A.
wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych –
23.08.2007 r.)**

Na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm - zwanej dalej ustawą), Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A składa protest wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę sprzętu medycznego – w związku z naruszeniem art. 7 ust. 1, art.29 ust. 2 i 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy.

UZASADNIENIE

Składający protest zarzuca Zamawiającemu niezgodne z prawem działanie polegające na naruszeniu obowiązku przestrzegania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, poprzez naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy oraz zasad opisu przedmiotu zamówienia określonych w art. 29 ust. 2 i 3 a także obowiązku dopuszczenia rozwiązań równoważnych, o którym mowa w art. 30 ust. 4 ustawy.

Naruszenie przez Zamawiającego wyżej przytoczonych zasad prowadzenia postępowania przy formułowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w częściach zawierających zestawienia warunków i parametrów wymaganych: łóżka szpitalnego dwusegmentowego z wyposażeniem, szafki przyłóżkowej do łóżka dwusegmentowego, łóżka szpitalnego czterosegmentowego z wyposażeniem, szafki przyłóżkowej do łóżka czterosegmentowego, najazdowego stolika przyłóżkowego, łóżka szpitalnego do intensywnej opieki z przechyłami bocznymi oraz szafki przyłóżkowej z białem bocznym do łóżka szpitalnego do intensywnej

opieki z przechyłami bocznymi (załącznik nr 3 do SIWZ) - narusza interes prawny Składającego protest, poprzez utratę możliwości złożenia oferty odpowiadającej warunkom SIWZ.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy Zamawiający zobowiązany jest przygotowywać i przeprowadzać postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu, jak również opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 2 ustawy).

Oczywiście Zamawiający ma prawo do stawiania potencjalnym Wykonawcom takich wymagań, co do parametrów przedmiotu zamówienia, które pozwolą mu wybrać sprzęt odpowiadający jego oczekiwaniom. Jednakże potrzeby Zamawiającego nie mogą być równoznaczne z tym, iż zamawiający chce uzyskać konkretny produkt określonego z góry producenta i tak formułuje wymagania techniczne, aby spełniał je konkretny produkt. Realizacja zasady uczciwej konkurencji rozciąga się na możliwość konkurowania produktami, co nakłada na Zamawiającego obowiązek takiego określania parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, aby taką konkurencję stworzyć, a nie, przeciwnie - ograniczać ją. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Zespół Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych. W wyroku z dnia 18.12.2003 r. (UZP/ZO/0-2098/03) Zespół Arbitrów orzekł: „nie można więc mówić o zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, jeżeli przedmiot zamówienia określony jest w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym nie ma znaczenia, że produkt ten nie został nazwany przez Zamawiającego, wystarczy, że wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, że aby je spełnić, wykonawca musi dostarczyć jeden konkretny produkt.”

W innym orzeczeniu (UZP/ZO/0-1005/02 z dnia 21.08.2002 r.) Zespół Arbitrów podnosi: „Preferowanie przez Zamawiającego przy opisie przedmiotu zamówienia, produktów jednego producenta stanowi w tej sytuacji działanie utrudniające w sposób zasadniczy uczciwą konkurencję (...) jest też przykładem nierównego traktowania wszystkich podmiotów-producentów ubiegających się o zamówienie publiczne”.

Z opinii publikowanych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych wynika też, że „biorąc pod uwagę zapis art. 29 ust. 2 prawa zamówień publicznych, zgodnie z którym przedmiot zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, wystarczy do stwierdzenia faktu nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia, a tym samym sprzeczności z prawem, jedynie zaistnienie możliwości utrudniania uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie określonych zapisów w specyfikacji, niekoniecznie zaś realnego uniemożliwienia takiej konkurencji.”

Z analizy zestawienia wymaganych warunków i parametrów, zawartych w załączniku nr 3 wynika, że Zamawiający zamierza nabyć sprzęt firmy STOLTER Sp. z o.o. z siedzibą w Grubnie 63, 86-212 Stolno.

I tak opisane pod pozycją 1 łóżko szpitalne dwusegmentowe z wyposażeniem charakterystycznymi parametrami wskazuje na opis łóżka **SOLIDO 2S**:

- wymiary: długość 210 cm (+/- 3cm), szerokość 92 cm (+/- 3 cm), wysokość 60 cm (+/- 5 cm) (lp. 2)
- regulacja oparcia pleców dokonywana za pomocą dźwigni umieszczonej po obu stronach leża (lp. 6).

Z kolei opisane pod pozycją 3 łóżko szpitalne czterosegmentowe z wyposażeniem wskazuje na opis łóżka **SOLIDO 4S**:

- wymiary: długość 210 cm (+/- 3cm), szerokość 92 cm (+/- 3 cm), wysokość 60 cm (+/- 5 cm) (lp. 2)

- regulacja oparcia pleców dokonywana za pomocą jednej dźwigni umieszczonej po obu stronach leża (lp. 6)
- regulacja sekcji uda $45^\circ (+/- 5^\circ)$ (lp. 6)

Zamawiający odpowiedział negatywnie na pytania dotyczące wskazanych wyżej parametrów, zadane przez Składającego protest, nie dopuszczając zaoferowania łóżka o długości 219 cm i szerokości 96,5 cm, z regulacją oparcia pleców za pomocą dźwigni umieszczonej na środku oparcia pleców, za głową pacjenta. Tymczasem, zdaniem Składającego protest, łóżko o wymiarach nieznacznie przekraczających wymagania Zamawiającego jest optymalne dla potencjalnie większej liczby pacjentów, natomiast regulacja oparcia pleców za pomocą jednej tylko dźwigni nie wpływa na funkcjonalność czy sposób obsługi łóżka. Nie dopuszczając zakresu regulacji sekcji uda do 28° , Zamawiający niejako „zabezpieczył się” przed możliwością zaoferowania w postępowaniu łóżka innego niż SOLIDO 4S, innego niż STOLTER oferenta, bowiem jedynie to łóżko posiada wymagany w SIWZ parametr.

Opisy szafek przyłóżkowych w pozycjach 2 i 4 wskazują granicznym wymogiem wykonania blatu z płyty laminowanej na szafkę SPM. Zamawiający nie dopuścił do zaoferowania szafek, których blat wykonany jest z płyty ABS, co w żaden sposób nie zmienia funkcjonalności szafek, ich odporności na środki dezynfekcyjne i promienie UV, za to w połączeniu z pozostałymi wymaganymi parametrami wyraźnie podkreśla jednoznaczne preferencje Zamawiającego co do oczekiwanego sprzętu konkretnego oferenta.

Wymagane parametry graniczne opisanego w pozycji 6 łóżka szpitalnego do intensywnej opieki z przechyłami bocznymi wskazują na łóżko **SICURO PLUS**:

- wymiary zewnętrzne: długość 212 cm ($+/- 3$ cm), szerokość 92 cm ($+/- 3$ cm) (lp. 2)
- na całej długości leża mocowane po bokach szyny ze stali nierdzewnej (lp. 4)
- szczyty od strony głowy uchylny zwiększający przestrzeń leża z zaciskami zabezpieczającymi jego niepożądane wypadnięcie (lp. 5)
- mechaniczny CPR segmentu oparcia pleców i uda oraz mechaniczny CPR dla przechyłów Anty- i Trendelenburga (lp. 7)
- łóżko oraz wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego przystosowane do mycia automatycznego w komorze myjącej (lp. 12)
- bariereki boczne składane pod ramę leża mocowane po bokach łóżka „profilem C” (lp. 13)
- uchylny wspornik pod leżem zwiększający stabilność łóżka przy dokonywaniu reanimacji (lp. 16)
- funkcja podwójnej prędkości przechyłów wzdłużnych leża

Natomiast pod pozycją 6 Zamawiający zamieścił opis parametrów wymaganych dla

szafki przyłóżkowej z blatem bocznym, charakterystycznych dla szafki **VITANO**:

- szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych (lp. 1)
- korpus szafki obrotowy, umieszczony na mobilnej podstawie (lp. 2)
- wymiary zewnętrzne: wysokość 860 cm ($+/- 3$ cm), szerokość 60 cm ($+/- 3$ cm), głębokość 45 cm ($+/- 3$ cm)
- blat górny wyposażony w barierkę chroniącą przedmioty przed upadkiem (lp. 4)
- czoła szuflad z lekkiego aluminium zaopatrzone w uchwyty ze stali nierdzewnej (lp. 5)
- szuflady górna i dolna wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samodomykającym (lp. 6)
- półka boczna z bezstopniową regulacją wysokości wspomagana sprężyną gazową (lp. 7)
- dodatkowa szuflada pod korpusem szafki (lp. 11)

Konstrukcja wskazanej szafki (obrotowy korpus) korzysta z ochrony patentowej. W związku z powołaniem się na ten fakt przez Składającego protest w zadanych pytaniach, Zamawiający

dopuszczył rozwiązanie równoważne, narzucając jednocześnie, iż ma ono umożliwić ustawienie zintegrowanego z szafką blatu bocznego z lewej lub prawej strony łóżka oraz umożliwić schowanie blatu bocznego za tylną ścianą szafki podczas jego nie używania. Zamawiający po raz kolejny obnażył swoje preferencje i sposób prowadzenia postępowania zmierzający do wyboru oferty konkretnego producenta, określając w taki a nie inny sposób wymagania co do sprzętu. Otóż w opisie szafki przyłóżkowej z blatem bocznym postawił wymóg, by blat ten składany był do boku szafki (lp. 7). W jaki więc sposób równoważną opisaną w SIWZ szafkę będzie dopuszczona szafka z blatem bocznym chowanym za jej tylną ścianą? Takie sformułowanie wskazując na „wymyślenie” przez Zamawiającego na potrzeby niniejszego postępowania rzekomego równoważnego rozwiązania, by zakończyć je z góry zamierzonym efektem, zachowując tylko pozory postępowania zgodnego z Prawem zamówień publicznych zasadami w nim określonymi.

Wymagany przez Zamawiającego opisany pod pozycją 7 taboret szpitalny odpowiada taboretowi T-01:

- szkielet z rurek stalowych pokrytych lakierem proszkowym (lp. 1)
- siedzisko wykonane z płyty laminatowej odpornej na promieniowanie UV (lp. 2)
- szerokość siedziska 30 cm (+/- 2 cm)

Opisując sprzęt produkowany przez STOLTER, Zamawiający co prawda wskazał pewne zakresy tolerancji parametrów, ale intencją Zamawiającego przy dopuszczeniu tychże zakresów tolerancji było zapewne pozorne zachowanie ustawowych zasad opisu przedmiotu zamówienia, ponieważ tak określone parametry, mieszczące się w podanych zakresach, spełnia tylko opisany w SIWZ sprzęt firmy STOLTER.

Mając powyższe na uwadze, jak również to, że w wyniku niezgodnego z prawem postępowania Zamawiającego, interes prawny Składającego protest może doznać uszczerbku poprzez pozbawienie go możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne, wnosimy o uwzględnienie protestu i także sformułowanie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które zagwarantuje zachowanie zasad uczciwej konkurencji, a w szczególności o odpowiednie zmiany wymagań w załączniku nr 3 polegające na:

- dopuszczeniu łóżek szpitalnych dwu- i czterosegmentowych o długości 219 cm i szerokości 96,5 cm, w których regulacja oparcia pleców odbywa się za pomocą jednej dźwigni umieszczonej na środku oparcia pleców, za głową pacjenta
- dopuszczeniu łóżka szpitalnego czterosegmentowego z regulacją sekcji uda 28°
- dopuszczeniu szafek przyłóżkowych do łóżek: dwu- i czterosegmentowych z blatami wykonanymi z płyty ABS, odpornej na promienie UV
- dopuszczeniu łóżka szpitalnego do intensywnej opieki z przechyłami bocznymi o długości 228 cm i szerokości 97 cm, z szyną ze stali nierdzewnej zamontowaną pod segmentem nieruchomym leża na całej jego długości, bez uchylnego szczytu od strony głowy i uchylnego wspornika pod leżem, z elektryczną regulacją Anty- i Trendelenburga a bez funkcji CPR mechanicznej do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, bez funkcji podwójnej prędkości przechyłów wzdłużnych leża, z barierkami bocznymi opuszczanymi w dół ramy leża o konstrukcji innej niż „profil C”, z wysuwany wieszakiem kroplówki, nie przystosowanego do mycia automatycznego w komorze myjącej
- dopuszczeniu szafki przyłóżkowej z blatem bocznym o szerokości 510 mm i głębokości 390 mm, ze szkieletem, drzwiczkami i czołami szuflad z profili i blach stalowych ocynkowanych, pokrytych lakierem proszkowym, z uchwytnymi

pokrytymi powłoka chromową, posiadającej możliwość obustronnego dostępu, bez barierki blatu górnego, bez dodatkowej szuflady dolnej, z szufladą górną na prowadnicach suwnych, z półką boczną składaną do boku szafki o wysokości regulowanej przy pomocy sprężyny mechanicznej, nieprzystosowaną do mycia automatycznego w komorach myjących

- dopuszczeniu taboretu z siedziskiem tapicerowanym skajem o średnicy 355 mm, z podstawą wykonaną z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym lub chromowaną

lub dopuszczenie składania ofert wariantowych

Protest został złożony w terminie określonym w art. 180 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. przed upływem 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

Załączniki:
- odpis z KRS

WICEPREZES
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
Kozimierz Tiałka
mgr Kozimierz Tiałka

WICEPREZES
ds. Wdrażania Nowych Projektów
Halina Worecka
mgr inż. Halina Worecka

Zwłoczek Fabryka
Sprzętu Samochodowego
"FAMED" SA
52-107 Żywiec, ul. Fabryczna 1