



**Samodzielny Szpital Miejski im. PCK  
w Białymstoku**  
15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79  
tel. 85 664 85 19  
fax 85 664 85 04  
NIP 966-15-02-648 REGON 050692045  
<http://www.szpitalpck.pl>  
e-mail: [szpitalpck@bialystok.home.pl](mailto:szpitalpck@bialystok.home.pl)



Białystok, dnia 08.01.2025 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Dostawa odczynników do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku” **ZO/1/2025**

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku udziela wyjaśnień o następującej treści:

Załącznik nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości wyższej niż wymagana tj. 10 ng/ml?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza*

Załącznik nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości 97,8% i swoistości 97,5%?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza*

Załącznik nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szybkiego testu immunochromatograficznego do wykrywania antygenu GDH, toksyny A i toksyny B Clostridium difficile w kale o czułości analitycznej wynoszącej 0,8 ng/ml dla antygenu GDH, 2 ng/ml dla toksyny A i 0,63 ng/ml dla toksyny B?

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.*

Załącznik nr 2 poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów służących do wykrywania wirusów SARS-CoV-2, grypy A i B oraz RSV w wymazach z jamy nosowo-gardłowej lub jamy ustnej i gardła?

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.*

Załącznik nr 2

Prosimy o informację w jaki sposób przeliczyć liczbę zaoferowanych testów na odpowiednią liczbę opakowań w sytuacji, w której wynik dzielenia liczby opakowań przez testy nie jest liczbą całkowitą?

*Odpowiedź: Prosimy o przeliczanie na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę.*

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Szpitala Miejskiego  
im. PCK w Białymstoku

*Agnieszka Uszyńska*