



Samodzielny Szpital Miejski im. PCK
w Białymstoku
15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79
tel. 85 664 85 19
fax 85 664 85 04
NIP 966-15-02-648 REGON 050692045
<http://www.szpitalpck.pl>
e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl



Białystok, dnia 18.02.2025 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Zapytania ofertowego pn.: „**Dostawa jednorazowych, sterylnych, zestawów wkładów przeznaczonych do stosowania ze wstrzykiwaczem na potrzeby Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku** ” Nr sprawy **Z0/5/2025**

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku udziela wyjaśnień o następującej treści:

Pytanie nr 1 – dot. Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 2

Prosimy o dopuszczenie jednorazowego, sterylnego zestawu wkładów w 100% kompatybilnego ze wstrzykiwaczem Medrad Stellant CT, który składa się z dwóch wkładów o poj. 200 ml, złącza niskiego ciśnienia z trójnikiem „Y” o dł. ok 150 cm, dwóch złączy szybkiego napełnienia i dwóch ostrzy spike.

Uzasadnienie:

Trójnik w kształcie litery „Y” jest rozwiązaniem równoważnym i oprócz nieznaczących różnic w kształcie, nie różni się właściwościami, ani użytecznością od trójnika typu „T”. Pragniemy zatem podkreślić, że zastosowanie oferowanego trójnika „Y” nie wpływa na funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkownika, jak również nie ma żadnego ujemnego przełożenia na wykonywanie badań oraz prawidłowość pracy urządzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Pytanie nr 2 – dot. Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 2

Prosimy o zgodę na poniższą modyfikację:

„W przypadku zaoferowania produktu równoważnego (nie oryginalnego) Wykonawca:

- przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia Wstrzykiwacza Medrad Stellar CT Dual powstałe w wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu, w przypadku, gdy ekspertyza niezależnego rzeczoznawcy udowodni, że uszkodzenie nastąpiło w wyniku zastosowania dostarczonego przez Wykonawcę asortymentu,

- w sytuacji, gdy dostarczony asortyment spowoduje awarię sprzętu i ekspertyza niezależnego rzeczoznawcy autoryzowany serwis producenta Wstrzykiwacza Medrad Stellar CT Dual wyda opinię, że przyczyną awarii jest dostarczony produkt równoważny, koszty naprawy uszkodzonego sprzętu obciążą Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązuje się je pokryć.

Uzasadnienie:

Pragniemy zwrócić uwagę, że autoryzowanym serwisem producenta Wstrzykiwacza Medrad Stellant CT Dual jest ta sama firma, która jako przedstawiciel producenta ma w ofercie zestawy oryginalne, czyli firma w której interesie jest stosowanie tylko oryginalnych wkładów. Może to prowadzić do sytuacji, gdzie ocena ewentualnej awarii będzie nierzetelna. Aby uniknąć takich sytuacji prosimy o uwzględnienie ekspertyzy niezależnego rzeczoznawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Pytanie nr 3 - Załącznik nr 3 - dot. Projektu umowy, § 4

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie asortymentu z etykietami oznakowanymi w języku angielskim oraz za pomocą zharmonizowanych symboli (piktogramów).

W asortymencie, który chcemy Państwu zaoferować, nazwa handlowa wyrobu medycznego jest w języku angielskim, czego ani producent ani Wykonawca nie są w stanie zmienić, ponieważ wyroby te posiadają certyfikaty dopuszczające wyrób do stosowania i użytku wystawione zgodnie z angielską nazwą handlową. Etykiety posiadają również powszechnie stosowane, zgodne z obowiązującymi przepisami czytelne piktogramy pozwalające na identyfikację wyrobu oraz ważnych informacji, takich jak: data produkcji, numer serii, data ważności, sterylność itp. Nasze wkłady z takimi właśnie oznaczeniami są akceptowane i stosowane z powodzeniem w kilkudziesięciu publicznych jednostkach służby zdrowia w całym kraju.

**PN-EN ISO
9001:2015**



**Samodzielny Szpital Miejski im. PCK
w Białymstoku**
15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79
tel. 85 664 85 19
fax 85 664 85 04
NIP 966-15-02-648 REGON 050692045
<http://www.szpitalpck.pl>
e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl



Pragniemy zauważyć, że oferowany przez nas asortyment, poza nazwą wyrobu w j. angielskim, zawiera czytelnie oznakowane następujące dane:

- nazwa producenta,
- kod partii lub serii wyrobu,
- wyraźnie oznakowane parametry produktu, tj. wielkość, objętość, zawartość opakowania, numer katalogowy
- oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
- oznakowanie CE.

Ponadto informujemy, że w każdym opakowaniu zbiorczym znajduje się ulotka oraz instrukcja obsługi w języku polskim.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy

DYREKTOR
Samodzielnego Szpitala Miejskiego
im. PCK w Białymstoku

Agnieszka Uszyńska